

**Общество с ограниченной ответственностью «Медтехника РЕБОТЕК»
ООО «Медтехника-Р»**

ИНН 7733585667, КПП 773301001, ОГРН 1067759769120

125222, Россия, г. Москва, улица Генерала Белобородова, дом 35/2, этаж 1, пом. Х

ПАО "Банк ПСБ", БИК 044525555, к/с 30101810400000000555, р/с 40702810500000013697

e-mail: www.rebotec.net тел: (495)504-26-51, 504-26-52


Всем заинтересованным лицам

ООО «МЕДТЕХНИКА РЕБОТЕК» является производителем системы терморегулирующей медицинской, вариант исполнения ГИПОТЕРМ-Дуо, РУ Росздравнадзора РФ № РЗН 2022/17072 от 21.01.2025 г. и информирует, что на странице 24 регистрационного досье к аппарату Гипотерм-Дуо указана характеристика «количество циркулирующей жидкости» с максимальным объёмным значением 4800 мл.

При этом характеристика «объём резервуара для жидкости» равна 6500 мл, так как для правильного функционирования аппарата объём бака для жидкости обязательно должен быть больше, чем количество возможной циркулирующей жидкости.

Дополнительно данным письмом подтверждаем объём резервуара для циркулирующей жидкости 6500 мл.

Управляющий-ИП Сирин И.В.
ООО «Медтехника-Р»


(подпись)

/Сирин И.В./

М.П.

